



Název veřejné zakázky: **Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **1736/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,
prosíme o vysvětlení následujícího:

Výkaz výměr medicínálních plynů je v rozporu s výkresovou dokumentací:
Počet lékařský panelů: ve výkazu 7 ks + (6 ks s poznámkou „neoceňovat“) - ve výkrese pouze 3 ks. Jsou v nemagnetické úpravě? Případně kolik ks ?

Odpověď na dotaz

Není v rozporu - dodávkou stavby bude 7 ks (stačí v nemagnetické úpravě), dalších 6 ks v nemagnetické úpravě bude dodávkou zhotovitele kabiny MR (Philips). Ve výkazu výměr je toto jasně dané.

Dotaz č. 2

Počet uzavíracích ventilů : ve výkazu 0 ks – ve výkrese 3 ks

Ejektor pro odtah (s poznámkou „neoceňovat“) ve výkrese chybí.

Ve výkrese není zakresleno potrubí pro odtah a potrubí pro panely v místnosti 3.M.11 Je započítáno ve výkazu výměr ?

Odpověď na dotaz č. 2

Není dodávkou stavby, dodá zhotovitel kabiny MR (Philips).

V Ústí nad Labem dne: - 3 -07- 2019


.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek