

## **Poskytnutí dodatečných informací č. 17**

*v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.*

s názvem:

### **„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“- část 22**

V příloze č. 2 zadávací dokumentace v Projektové dokumentaci na straně 27, část 22: Peroperační navigace zadavatel popisuje požadované parametry systému navigace. Žádáme tímto o zodpovězení následujících dotazů:

---

#### **Dotaz č. 1**

1, musí komunikace mezi nabízeným navigačním systémem a vybraným skiaskopickým ramenem obsahovat:

A, sledování polohy gantry kamerou navigačního systému?

B, automatickou registraci anatomie pacienta?

C, přijímání snímků vytvořených skiaskopem přímým spojením datovou linkou bez nutnosti využití PACS?

#### **Odpověď č. 1:**

Ano, komunikace musí obsahovat sledování polohy gantry kamerou navigačního systému, automatickou registraci anatomie pacienta i přijímání snímků vytvořených skiaskopem přímým spojením datovou linkou bez nutnosti využití PACS.

#### **Dotaz č. 2**

2, musí být součástí nabídky spinální aplikace pro operace v oblasti celé páteře C1 až S5?

#### **Odpověď č. 2:**

Ano, součástí nabídky musí být spinální aplikace pro operace v oblasti celé páteře C1 až S5.

**Dotaz č. 3**

3, musí kraniální SW obsahovat:

A, aplikaci pro vytvoření 3D modelů?

B, aplikaci pro spojení snímků různých modalit?

**Odpověď č. 3:**

Ano, kraniální SW musí obsahovat aplikaci pro vytvoření 3D modelů i aplikaci pro spojení snímků různých modalit.

**Dotaz č. 4**

4, musí nástroje pro hlavové a páteřní navigované operace obsahovat:

A, radiolucenční spinální svorky pro uchycení reference pacienta pro otevřené i minimálně invazivní operace?

B, navigované dotykové sondy, předvrtávače a šroubováky?

**Odpověď č. 4:**

Ano, nástroje musí obsahovat radiolucenční spinální svorky pro uchycení reference pacienta i navigované dotykové sondy, předvrtávače a šroubováky.

**Dotaz č. 5**

5, musí komunikace mezi nabízeným navigačním systémem a mikroskopem Zeiss Pentero obsahovat:

A, snímání polohy hlavy mikroskopu kamerou navigačního systému pomocí ukazatele polohy umístěného pevně k hlavě mikroskopu?

B, promítnutí mikroskopem zaostřeného bodu do navigačního obrazu jako „hrot nástroje“?

C, zobrazení kontur 3D objektu v okulárech mikroskopu?

D, zobrazení chirurgických plánů objektu v okulárech mikroskopu?

E, přepínání obrazu navigace a mikroskopu v okuláru?

F, zobrazení videosignálu mikroskopu na obrazovce navigace?

**Odpověď č. 5:**

Ano, komunikace mezi nabízeným zařízením a používaným mikroskopem Zeiss Pentero musí obsahovat vše výše uvedené.

**Dotaz č. 6**

6, bude jako garance schopnosti komunikace navigace s ultrazvukem dostačující seznam pracovišť na území ČR využívajících tuto funkci a technická dokumentace?

**Odpověď č. 6:**

Ano, výše uvedené bude dostačující jako garance schopnosti komunikace navigačního systému a ultrazvukového přístroje.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 22: Peroperační navigace

do 28. 11. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 11. 2014 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 10-09-2014

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

