



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka II - Standardní inkubátor**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1727/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

1.část : Standardní inkubátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* Napájení z elektrické rozvodné sítě i rozvodu v sanitním voze i z baterie

Jedná se o stacionární nebo mobilní inkubátor?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje inkubátor, u kterého se nepředpokládá použití v sanitním voze. Požadavek na napájení z rozvodu v sanitním voze vznikl jako administrativní chyba vlivem kopírování textu z jiné technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: **16-07-2019**

Ing. Petr Fiala
generální ředitel