



Název veřejné zakázky: **„Dodávka jednorázových operačních setů“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1580/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Část 4

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 2 „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“ v části č. 4, „Kombinované operační sety pro gynekologii“ u Setu „císařský řez“ položka č. 3 (původně č. 13 předchozí verze ZD), požaduje ručník o rozměrech 47 x 38 cm, ale nespecifikuje požadovaný materiál. Může zadavatel materiál více specifikovat? Preferuje zadavatel materiál papírový (celulózový) nebo textilní? Trvá zadavatel na uvedeném rozměru či umožní toleranci +/- 15 %?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje materiál z celulózy nebo z materiálu obdobných vlastností a akceptuje toleranci +/- 15% u této položky.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze č. 2 „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“ v části č. 4, „Kombinované operační sety pro gynekologii“ u Setu „Základový set, porodnický 2“, položka č. 2 požaduje podložku absorpční o rozměrech 60 cm x 90 cm s vnitřním jádrem z buničiny a savým polymerem. Může uchazeč nabídnout samolepící absorpční podložku s lepením na jednom okraji, která zcela splňuje požadavky určené k tomuto výkonu?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i absorpční podložku s lepením na okraji.

Část 3

Dotaz č. 3:

Zadavatel v příloze č. 2 „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“ v části č. 3 „Kombinované operační sety speciál“, Set extenční, položka č. 3, požaduje roušku s otvorem a incizní



fólií s otvorem 20 x 30 cm s IF, 300 x 240 / 350 cm, 2 kapsy 50 x 70 cm. Připustil by zadavatel tuto roušku bez integrovaných kapes, které ale budou součástí setu samostatně jako samolepící?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i roušku bez integrovaných kapes, které budou vloženy v setu extra a budou samolepící.

Část 5

Dotaz č. 4:

V příloze č. 2 „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“ v části č. 5 „Kombinované operační sety pro chirurgii a ortopedii“ Set „Tep kyčel 1“, u položky č. 20 jsou na obrázku „U roušky“ vyobrazena oka na přichycení kabelů. Trvá zadavatel na těchto držácích kabelů? Je možné tuto komponentu nabídnout k požadované „U roušce“ jako samolepící ?

Odpověď č. 4:


Zadavatel nepožaduje vyobrazená oka na přichycení jiných nástrojů, je však možné tuto komponentu k setu přidat. Nebude to však mít vliv na hodnocení.

Dotaz č. 5.

Zadavatel v příloze č. 2 „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“ v části č. 5 „Kombinované operační sety pro chirurgii a ortopedii“, Set „Tep kyčel 2“, požaduje pod položkou č. 12 „Sací set“. Prosíme o bližší specifikaci tohoto Sacího setu.

Odpověď č. 5:

Zadavatel přikládá pro názornost obrázek tohoto setu. Jedná se o hadici s označením Ch. 30, 350cm a nástavec zmiňovaného typu „Yankauer“.





V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek

