



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s. 2“

Dotaz:

V části 5:

RTG skiaskopie digitální

Receptor obrazu

- Časová rozlišovací schopnost - obrazová frekvence cca. 30 fps

Pulzní Skiaskopie

- V rozsahu min. 3-30 pulzů/s v matici min. 1024x1024

Dotaz:

Je pro zadavatele dostačující nabídka dodání přístroje s obrazovou frekvencí max. 20fps (při rozlišení 20x20cm 672až72x16bit), který má při rozlišení 1024x1024pix x 16 bit pulsní skiaskopii max. 12 fps ?

Po uvedený medicínský účel využití („Univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu, určené pro diagnostikuintervence na gastrointestinálním, urologickém a ortopedickém systému.“) je podle našeho názoru uvedená frekvence fps naprosto dostačující, požadovaná frekvence 30 fps by měla opodstatnění pouze pro kardiologii.

Odpověď:

Zadavatel trvá na technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci s tolerancí $\pm 10\%$ u parametrů předmětu plnění.

V Ústí nad Labem dne: 12-09-2014

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

21