



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů - část 1: Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty pacienta**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1747/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

1. část Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty těla

Zadavatel v "požadovaných minimálních technických a uživatelských parametrech a vlastnostech" přístroje pro hypotermii požaduje možnost umístění na polici inkubátoru nebo vyhřívaného lůžka.

Nosnost polic u inkubátorů je maximálně 10kg. Zadavatel dále ale připouští maximální hmotnost přístroje 15kg, což je v rozporu s požadavkem na umístění na police inkubátoru. Chápe uchazeč správně požadavek na umístění na polici inkubátoru jako primární, tak že hmotnost přístroje nesmí překročit 10kg?

Odpověď č. 1

V rámci úspory místa zadavatel trvá na umístění přístroje pro řízenou hypotermii na polici inkubátoru. Umístění přístroje na polici musí být stabilní, bezpečné a bez nutnosti náročné fixace nebo montáže a demontáže. Vzhledem k nosnostem lišt na nově vysoutěžených inkubátorech s již vysoutěženými monitory životních funkcí a infuzní technikou, které ubírají z kapacity nosností lišt, zadavatel požaduje **nově maximální hmotnost přístroje s náplní pro řízenou hypotermii 10 kg.**

Dotaz č. 2

1. část Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty těla

Zadavatel požaduje "možnost úpravy průběhu jednotlivých fází terapie s vytvořením individuálního automatického terapeutického profilu". Chápe uchazeč správně, že přístroj musí umožňovat upravit teplotu a dobu jak ve fázi chlazení, tak ve fázi ohřívání s možností uložit celý průběh (obě fáze) do jednoho automatického terapeutického programu/profilu, který musí být plně automatický, tedy funkční od okamžiku spuštění terapie až do její ukončení zahřátím na cílovou teplotu, zcela bez zásahu obsluhy?

Odpověď č. 2

Ano, zadavatel požaduje automatický terapeutický profil s možností upravit teplotu a dobu všech fází terapie, bez potřeby dalšího zásahu obsluhy po spuštění automatického terapeutického profilu.



Dotaz č. 3

1. část Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty těla

Zadavatel požaduje "nastavení teploty od 12°C do 38°C", může uchazeč nabídnout nastavení teploty minimálně v tomto rozsahu s kroky po 3°C?

Odpověď č. 3

Ano uchazeč může nabídnout nabízené řešení, jelikož zadavatel definoval pouze nastavitelný teplotní rozsah a nikoliv v jakých krocích má být teplota nastavitelná.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v části 1. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

18 -07- 2019

02

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel