



Název veřejné zakázky: **Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **1586/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v příloze č. 3 Technické specifikace:

1ks Monitor vitálních funkcí

Požadované minimálních technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

„EtCO2 metodou sidestream integrované ve všech monitorech“

Požaduje zadavatel u poptávaného jednoho monitoru integrované měření EtCO2 metodou sidestream ?

Odpověď na dotaz č. 1.

Zadavatel integrované měření EtVO2 metodou sidestream nebude požadovat, v této návaznosti upraví přílohu č. 3 Technická specifikace.

Zadavatel na svém profilu uveřejní v rámci této žádosti aktualizovanou přílohu č. 3 Technická specifikace.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel