



Název veřejné zakázky: **„Dodávka jednorázových operačních setů“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1580/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz pro část 3:

V setu č.8, u položky č.8 zadavatel požaduje "Roušku s otvorem adhezní 75x90cm, otvor průměr 7cm.Nabízíme roušku 75x100cm s adhezí na kratší straně s otvorem o průměru 10cm s lepením a průhlednou folií, kterou je možné použít k více výkonům.

Bude tato rouška pro zadavatele akceptovatelná?

Odpověď:

ANO, v části 3, set č. 8 (Set CŽK), řádek č. 8 - rouška zmiňovaných rozměrů, tj. 75x100cm s adhezí na kratší straně s centrálně umístěným adhezivním otvorem s průhlednou fólií o průměru 10cm bude zadavatelem také akceptována.

Nové znění přílohy č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky pro všechny části této veřejné zakázky je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení a je zároveň uveřejněno na profilu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje **u všech částí** této veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **23 -07- 2019**


.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek