



FOMEI

FOMEI a.s.

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869

tel.: +420 495 056 111, fax: +420 495 056 511

Zadavatel:**Krajská zdravotní, a.s.**

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

Uchazeč:**FOMEI a.s.**

Jaroslav Faltus, člen představenstva

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869

V Praze dne 15.9.2014

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč **FOMEI a.s.** se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869, zastoupený Jaroslavem Faltusem, členem představenstva, žádá tímto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platném znění, o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na dodávku pod názvem „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. 2 – Část VZ č. 5 – RTG skiaskopie digitální**“ vyhlášenou zadavatelem, kterým je **Krajská zdravotní, a.s.** se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Dotaz č. 1

Požadavek zadavatele uvedený v kapitole 6 – Technické požadavky, část 5 – RTG skiaskopie digitální, odstavec Sklopná stěna:

Motoricky posuvná deska stolu v podélném i příčném směru

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde deska stolu je pohyblivá pouze v příčném směru (rozsah 300 mm) a podélný pohyb desky stolu je nahrazen podélným posunem rentgenky na sloupu, ovšem s maximálním rozsahem 1 605 mm, tak aby došlo k pokrytí nároku na vyšetření všech částí těla pacienta (celkové pokrytí pacienta je v rozsahu 2 035 x 730 mm).

Dotaz č. 2

Požadavek zadavatele uvedený v kapitole 6 – Technické požadavky, část 5 – RTG skiaskopie digitální:

Univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu, určené pro diagnostiku a intervence na gastrointestinálním, urologickém a ortopedickém systému.



FOMEI

FOMEI a.s.

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869

tel.: +420 495 056 111, fax: +420 495 056 511

Dotaz uchazeče:

Dle našeho názoru z výše uvedených požadavků zadavatele vyplývá rovněž potřeba elevace (výškového nastavení) stolu nad úrovní podlahy. Tento parametr ovšem v odstavci Sklopná stěna není vůbec uveden.

Doplní zadavatel z výše uvedených důvodů požadované technické parametry v odstavci Sklopná stěna rovněž o položku ve znění např. „Motorizované výškové nastavení stolu v rozmezí min. 500 – 1200 mm nad úrovní podlahy“?

Žádáme o vyjádření k výše uvedeným dotazům.

S pozdravem

za FOMEI a.s.
Jaroslav Faltus
člen představenstva
ředitel divize Radiodiagnostika

(17)



U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČO: 46504869 Kontakt: 495 056 424

Мачкова 587, 880 11 ПРАГА 8 ЧЕХИЯ