



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 5: Ventilátory s nCPAP“**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní řízení**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
č. rozhodnutí: **1525/2019**

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 5: Ventilátory s nCPAP“.

Odůvodnění rozhodnutí:

Zadavatel vyhlásil předmětnou veřejnou zakázku dne 21.03.2019. Veřejná zakázka byla rozdělena na sedm částí. Lhůta pro podání nabídek byla v části 5 stanovena do 25.04.2019. Ve lhůtě pro podání nabídek byly v části 5 doručeny dvě nabídky.

V rámci posouzení nabídek zadavatel zjistil, že technická specifikace v zadávacích podmínkách není správná, protože neodpovídá zamýšlenému požadavku zadavatele na funkce poptávaného přístroje stanovené dle jeho potřeb. Technická specifikace tak neobsahuje některá podstatná vymezení a požadavky na funkce, které by měl pořízený zdravotnický přístroj, vzhledem k potřebám zadavatele, ještě obsahovat. Důvody, které vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, jsou v podstatě využití a účelu, ke kterému pořízení přístrojového vybavení cílí.

Požadavkem zdravotnického pracoviště zadavatele je jeho přístrojové vybavení, které by splňovalo všechna nejprísnejší kritéria současných doporučení ventilační podpory novorozenců, včetně kategorie extrémně nezralých novorozenců. Současným trendem v prevenci mortality a pozdní morbidit je využití časného přechodu z konvenční mechanické ventilace na neinvazivní ventilační podporu zahrnující NIPPV, nCPAP a HFNC, či dokonce využití NIPPV a dalších neinvazivních ventilačních módů bez nutnosti intubace. Požadovaný typ ventilátoru zajistí přechod mezi všemi způsoby ventilace u jednoho pacienta jedním typem ventilátoru bez nutnosti složité výměny přístrojů a plnou kontinuitu ventilační terapie v rámci strategie neurointenzivní péče a minimálního rušení extrémně křehkého pacienta.



V názvu původní technické specifikace byl uveden přístroj, který by výše uvedené postupy umožňoval, nicméně v samotném textu technické specifikace však všechny výše uvedené způsoby ventilační podpory novorozence zahrnuty nebyly. To vedlo k tomu, že technická specifikace nebyla dostatečně určitá a jednoznačná, umožnila, že byly nabídnuté přístroje, které nenaplní účel zamýšlený zadavatelem. Pokud by zadavatel pokračoval v zadávacím řízení, obdržel by plnění nepoužitelné pro jeho potřeby, čím by byl popřen smysl a účel zákona.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zjistil toto své porušení zákona až v průběhu posouzení nabídek, kdy zhojení, např. poskytnutím dodatečných informací před podáním nabídek a prodloužením termínu podání nabídek, již není možné, využil zadavatel zákonné možnosti zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedenému a ke skutečnosti, že veřejná zakázka má být hrazena z dotace, nelze po zadavateli rozumně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Proto zadavatel rozhodl tak, jak rozhodl. Zadavatel má v úmyslu předmětnou veřejnou zakázku vyhlásit opětovně v souladu se ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne: 30-05-2019

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel