



Název veřejné zakázky: **„Dodávka jednorázových operačních setů“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1580/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1 k ČÁSTI 5:

V příloze č. 2 „Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky“ v části č. 5 Kombinované operační sety pro chirurgii a ortopedii - Set Kýla, zadavatel požaduje jako komponentu č. 9: „Krycí rouška 2 -vrstvá s centrálním lepicím otvorem průměru 12cm, 225x300cm“.

Umožnil by zadavatel použití 2-vrstvé roušky s lepicím otvorem průměru 15cm umístěným 100cm od horního okraje roušky?

Odpověď č. 1:

NE. Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci. Jedná se o set používaný na dětské pacienty, zmiňovaný otvor 15cm již není akceptovatelný.

V Ústí nad Labem dne: **07 -08- 2019**

06
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel