



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka II - Standardní inkubátor“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1727/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci integrované vyšetřovací světlo s LED technologií. Bude zadavatel akceptovat vyšetřovací světlo s LED technologií s polohovatelným ramenem, které bude uchyceno k eurolišti na straně inkubátoru?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat vyšetřovací světlo s LED technologií s polohovatelným ramenem, které bude uchyceno k eurolišti na straně inkubátoru.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci možnost vyklopení čelního i bočního panelu pro vysunutí matrace a v dalším bodě zároveň jen vysouvací matrace bočním panelem. Bude zadavatel akceptovat možnost vyklopení podélné bočnice (z obou stran) pro vysunutí matrace?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat možnost vyklopení podélné bočnice (z obou stran) pro vysunutí matrace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci akustické a optické alarmy - relativní vlhkost (nízká/vysoká). Bude zadavatel akceptovat akustický a optický alarm pouze nízké relativní vlhkosti, nikoliv i vysoké relativní vlhkosti?



Odpověď č. 3:

Zadavatel připouští i možnost akceptace akustického a optického alarmu nízké relativní vlhkosti.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 07 -08- 2019

06
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel