

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1487/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Dodávka kardio-angiografického rtg kompletu včetně příslušenství a pozáručního servisu pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000036“

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-007201“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem dodávky je angiografický rtg komplet pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., včetně příslušenství a zajištění pozáručního servisu po dobu 6-ti let na kompletní předmět plnění veřejné zakázky.

Cena sjednaná ve smlouvě: 22 530 300,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: Philips Česká republika s.r.o.
Sídlo: Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8
IČO: 63985306

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
--------------	------------

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Philips Česká republika s.r.o.	Rohanské nábřeží 678/23 186 00 Praha 8	63985306	22 530 300,- Kč bez DPH
2.	Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	04179960	21 805 200,- Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	04179960

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník nesplňuje podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.

Komise, pověřená zadavatelem k provádění úkonů dle ZZVZ, při posuzování nabídky účastníka zjistila, že nesplňuje zadávací dokumentaci, a to tím, že nabízený přístroj nesplňuje technické parametry stanovené technickou specifikací, tj. nesplňuje minimální požadavky na nosnost vyšetřovacího stolu.

Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Jedná se o dodávku jednoho kardio-angiografického rtg kompletu.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 15.08.2019

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.