



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s. 2“

Dotaz č. 1

Požadavek zadavatele uvedený v kapitole 6 – Technické požadavky, část 5 – RTG
skiaskopie digitální, odstavec Sklopná stěna:

Motoricky posuvná deska stolu v podélném i příčném směru

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde deska stolu je pohyblivá pouze v příčném směru (rozsah 300 mm) a podélný pohyb desky stolu je nahrazen podélným posunem rentgenky na sloupu, ovšem s maximálním rozsahem 1 605 mm, tak aby došlo k pokrytí nároku na vyšetření všech částí těla pacienta (celkové pokrytí pacienta je v rozsahu 2 035 x 730 mm).

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na původním požadavku podélného i příčného pohybu stolu, který považuje za klinicky oprávněný vzhledem k vysokému % vyš. dětských pacientů, tedy nespolupracujících. Ovládání pohybu stolu je v tomto případě jednodušší a rychlejší než nahrazovat tento pohyb pohybem rentgenky či manipulací s pacientem.

Dotaz č. 2

Požadavek zadavatele uvedený v kapitole 6 – Technické požadavky, část 5 – RTG
skiaskopie digitální:

Univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu, určené pro diagnostiku a intervence na gastrointestinálním, urologickém a ortopedickém systému.



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Dotaz uchazeče:

Dle našeho názoru z výše uvedených požadavků zadavatele vyplývá rovněž potřeba elevace (výškového nastavení) stolu nad úroveň podlahy. Tento parametr ovšem v odstavci Sklopná stěna není vůbec uveden.

Doplňí zadavatel z výše uvedených důvodů požadované technické parametry v odstavci Sklopná stěna rovněž o položku ve znění např. „Motorizované výškové nastavení stolu v rozmezí min. 500 – 1200 mm nad úroveň podlahy“?

Odpověď č. 2:

Zadavatel doplňuje specifikaci pro Část 5: RTG skiaskopie digitální – popis parametrů sklopné stěny o možnost motorického výškového pohybu stolu v horizontální poloze.

Dotaz č. 3

prosím o zaslání

Odpověď č. 3:

Zadavatel podle § 49 odst. 2 má zákonnou lhůtu k odeslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle § 49 odst. 1.

V souvislosti s upřesněním zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro:
Část 5 - RTG skiaskopie digitální

do 8. 12. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8. 12. 2014 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 18-09-2014

06
KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

LP