

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 a 2

v zadávacím řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – Zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky

Dodávka ultrazvukového přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnici Děčín, o.z.

Dotaz č. 1 (přesné znění dotazu)

V zadávací dokumentaci – parametry sond jsou požadovány:

- 4D konvexní matrixová abdominální sonda, minim. 1-7 MHz a
- 4D matrixová endovaginální sonda, minim. 5-13 MHz

Je možné nabídnout sondy pro stejný diagnostický účel, ale s jiným technologickým řešením získávání volumových dat ?

Dotaz č. 2 (přesné znění dotazu)

Frekvenční rozsahy sond je nutné chápat absolutně, nebo je možné nabídnout sondy pro stejný diagnostický účel avšak s jinými okrajovými frekvencemi?

Volba okrajových frekvencí u jednotlivých firem je individuální, zásadním diferenciatorem je diagnostický účel sondy, který by byl samozřejmě stejný.

Odpověď na dotaz č.1 a 2

Zadavatel připouští i variantní řešení typu volumetrických sond a frekvenčních rozsahů, ale současně v tomto případě požaduje ověření stejné kvality ve srovnání s matrixovými sondami doloženým testem nabízených sond na dostupném fantomu (uchazeč doloží typ fantomu, snímek a výsledek testu), test musí umožňovat toto hodnocení:

- 1)určení hloubky tkáně, kam pronikne ultrazvuk při dané frekvenci – zobrazení struktur ve vertikální a horizontální rovině,
- 2) určení axiálního a laterálního rozlišení – počet struktur ve skupině v axiálním a laterálním směru v různé hloubce



S pozdravem

Ing. Václav Štyvar
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Krajská zdravotní, a.s.

V Ústí nad Labem, 22.11.2012

