



Název veřejné zakázky: **Dodávka sterilizátorů pro oční operační sály - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1549/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Dobrý den,

v rámci technické specifikace na dodávku Parních sterilizátorů požadujete:

- Rozhraní RS 232 pro připojení externí tiskárny - tiskárna v rámci dodávky.

Námi nabízený přístroj má zabudovanou interní tiskárnu a disponuje i připojením na RS 232 rozhraní. Můžeme nabídnout přístroj se zabudovanou tiskárnou nebo zadavatel trvá na připojení externí tiskárny?

Děkuji za zodpovězení dotazu.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel připouští nabízené řešení tzn. zabudovanou interní tiskárnu v přístroji, pokud disponuje i připojením RS 232 rozhraním.

V souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek. Nový termín bude zveřejněn na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **28-08-2019**

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel