

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1562/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka - ČÁST 11: Resuscitační a standardní vyhřevaná lůžka s integrovanou fototerapií“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000111“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-009365“

Předmět veřejné zakázky: Resuscitační a standardní vyhřevaná lůžka s integrovanou fototerapií
Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:
Sídlo:
IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	medisap, s.r.o.	Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3	48029360	2 566 000,00 Kč bez DPH
2.	Alfamedic s.r.o.	třída 5. května 458/35 373 72 Lišov	00513008	1 652 239,90 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zdravotnický prostředek nabídnutý společností ALFAMEDIC s.r.o. nesplňuje požadavky zadávací dokumentace, a to konkrétně v požadavku na manometry tlakových láhví jakou součást resuscitačního přístroje.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení po vyloučení účastníka Alfamedic s.r.o. zbyl jediný účastník, zadavatel se rozhodl zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne 30.08.2019

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

