



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka II - Standardní inkubátor“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1727/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace pro Standardní inkubátor

- *Několik napájecích zásuvek do příslušenství*

Rozumí tomuto parametru účastník správně, když se domnívá, že zadavatel požaduje více než 2 přídavné napájecí zásuvky integrované v inkubátoru pro příslušenství nutné k péči o novorozence (pulsní oxymetr, infuzní pumpy/dávkovače, odsávací jednotka, atd.)?

Odpověď č. 1:

Ano, uchazeč tomu rozumí správně. Požadavek se rozumí požadavek na minimálně 2 přídavné zásuvky.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace pro Standardní inkubátor

- *Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát*

Účastník nabízí účinnější technologii zvýšení proudění vzduchu, manuální vzduchovou clonu, manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek i bočnic?

Bude toto obdobné technické řešení zadavatel považovat za splnění minimálních technických a uživatelských parametrů a vlastností ?

Odpověď č. 2:

Zadavatel toto technické řešení nebude považovat za splnění technických parametrů.



Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace pro Standardní inkubátor

- *police pro odkládání spotřebního materiálu*

Součástí dodávky standardního inkubátoru je pulzní oxymetr, který je vhodné umístit na polici.

Bude zadavatel nově požadovat i příslušenství (vertikální tyč, otočná polička pro oxymetr) pro upevnění stávající infuzní techniky a soutěženého pulsního oxymetru pro snadnější transport v rámci oddělení?

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje k inkubátoru polici pro ukládání spotřebního materiálu, tedy na ní může být umístěn i pulzní oxymetr.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace pro Standardní inkubátor

- *Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru*
- *Možnost vyklopení čelního i bočního panelu pro vysunutí matrace*

A současně akceptuje ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

možnost vyklopení podélné bočnice (z obou stran) pro vysunutí matrace

Bude zadavatel nově požadovat i oboustranně otočný mechanismus matrace pro ještě lepší přístup k novorozenci při invazivních výkonech?

Odpověď č. 4:

Ne, zadavatel nebude nově požadovat oboustranně otočný mechanismus matrace.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 05 -09- 2019



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných
zakázek