



Název veřejné zakázky: **Dodávka sterilizátorů pro oční operační sály - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1549/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz: č. 1

Dobrý den,

jako uchazeč o tuto zakázku

prosíme o upřesnění požadavků v technické specifikaci.

odst. 1. Je možno upřesnit požadavek na objem komory?

Obecně je buď "krátká" komora (standardní cca 18 litrů) nebo prodloužená,
příklad hloubka komory 35 cm (cca 18 litrů) nebo 45 cm (cca 22 litrů). Oční kliniky většinou
preferují hlubší komoru (provozujete i v současné době). Při kritériu nejnižší ceny by byla nabídnuta
levnější verze.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat řešení navržené tazatelem. Na svém profilu zveřejní upravenou
technickou specifikaci.

Dotaz: č. 2

odst. 5. Je striktně vyžadována REVERZNÍ OSMÓZA?

Běžně se u MPS používá úpravna vody iontměničová, je výrazně levnější vč. násl. provozních
nákladů (využíváte i v současné době).

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat řešení navržené tazatelem. Na svém profilu zveřejní upravenou
technickou specifikaci.

Dotaz: č. 3

odst. 22. Požadavek provedení validační zkoušky dle ČSN EN 17665 - Protože se jedná o specifické
technické úkony, které musí být provedeny u provozovatele před uvedením do provozu (zabere min.
1 den), prosíme o upřesnění požadavku kolik sterilizačních postupů se bude validovat.



Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel upřesňuje, že validaci požadujeme u všech požadovaných standardních programů tzn. 3.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení

