



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku“**

Druh zadávacího řízení: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1838/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz pro ČÁST 2:

Dotaz č. 1:

Chci Vás požádat o vysvětlení požadavku, maximálního počtu 8 kanálů pro monitoraci obou hemisfér. Přístroj s více kanály dovoluje větší možnosti pro diagnostiku. Je možné dodat zařízení s víc než 8 záznamovými kanály?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje přístroj pro amplitudově integrované EEG (aEEG) u novorozenců na řízené hypotermii, nikoliv klasické vícesvodové EEG pro daleko podrobnější analýzu EEG. Zadavatel pro přístroj aEEG a ne pro EEG požaduje co nejjednodušší obsluhu personálem na jednotce intenzivní péče, kde se předpokládá časová tíseň. Dále s počtem elektrod roste riziko artefaktů a četnost výpadků elektrod vlivem manipulace s novorozencem v rámci intenzivní péče. Zadavatel proto trvá na požadavku monitorace elektrické aktivity mozku novorozence metodou aEEG (integrovaná amplituda EEG signálu) pro hodnocení neurologického stavu pacienta (případně pro volbu hypotermie), a to s maximálně 8 monitorovacími kanály pro zajištění záznamu z obou hemisfér separátně.

V Ústí nad Labem dne: **23 -09- 2019**


.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných zakázek