

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.“- část 10

Dotaz č. 1:

Část 10 – Inkubátor

Zadavatel požaduje „teplota v rozsahu 20 – 37 °C“

Dotaz uchazeče:

Uchazeč předpokládá, že na základě dalšího bodu specifikace hovořícího o možnosti vyhřívání do teploty cca 39 °C je požadován rozsah nastavení teploty prostředí od 20 °C do 39 °C. Kontrola mikroklimatu předčasně narozených je velice zásadní problematika a tudíž je nutné tyto možnosti adekvátně deklarovat, přičemž tento rozsah nabízí většina světových výrobců.

Je předpoklad o změně minimálního rozsahu nastavení teploty vnitřního prostředí správný?

Odpověď č. 1


Zadavatel požaduje servoregulaci teploty v rozmezí 20 – 39 C°.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 10 - Inkubátor

do 1. 12. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1. 12. 2014 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne:



.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel