



Název veřejné zakázky: **Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1782/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz:

Dobrý den,

bude zadavatel tolerovat základnu operačního stolu vyrobenou z nerezové oceli?

Bude zadavatel tolerovat nosnost operačního stolu 275kg (dynamická nosnost vše pohybů) a 320 kg (statická nosnost)?

Bude zadavatel tolerovat kapacitu baterií uváděnou ne ve dnech, ale v počtu pohybů operačního stolu? (Doba výdrže provozu operačního stolu byla výrobcem aproximována na 60 operací (pohybů stolu), což podle výrobce dostatečně zabezpečí min. 5 operačních dní. Výrobce uvádí 60 operací (pohybů stolu) sestávajících se z 5 plných pohybů a jediného seřízení (60×5=300 jednotlivých plných pohybů). Např. Výška nahoru / dolů, Trend / anti-Trend, Záda nahoru / dolů, Výška nahoru / dolů, laterální sklon doleva / doprava – pro jednu operaci.

Dotaz č 1:

Bude zadavatel tolerovat základnu operačního stolu vyrobenou z nerezové oceli?

Odpověď na dotaz č 1:

Zadavatel připouští řešení navržené tazatelem. Na svém profilu zveřejní upravenou technickou specifikaci.

Dotaz č 2:

Bude zadavatel tolerovat nosnost operačního stolu 275kg (dynamická nosnost vše pohybů) a 320 kg (statická nosnost)?

Odpověď na dotaz č 2:

Zadavatel připouští řešení navržené tazatelem minimální dynamickou nosnost operačního stolu 275 kg. Na svém profilu zveřejní upravenou technickou specifikaci.

**Dotaz č 3:**

Bude zadavatel tolerovat kapacitu baterií uváděnou ne ve dnech, ale v počtu pohybů operačního stolu? (Doba výdrže provozu operačního stolu byla výrobcem aproximována na 60 operací (pohybů stolu), což podle výrobce dostatečně zabezpečí min. 5 operačních dní. Výrobce uvádí 60 operací (pohybů stolu) sestávajících se z 5 plných pohybů a jediného seřízení ($60 \times 5 = 300$ jednotlivých plných pohybů). Např. Výška nahoru / dolů, Trend / anti-Trend, Záda nahoru / dolů, Výška nahoru / dolů, laterální sklon doleva / doprava – pro jednu operaci.

Odpověď na dotaz č 3:

Zadavatel připouští navržené řešení tazatelem přepočítání kapacity baterií na počet operací se základním počtem pohybů (minimálně 5) s tím, že zadavatel žádá kapacitu baterie (na jedno nabití) minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu nebo na již dříve definovaný týden běžného provozu. Na svém profilu zveřejní upravenou technickou specifikaci.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému upřesnění přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne: 03-10-2019

06
 **Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
25488627
IČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

