



Technická specifikace – Operační stůl

Operační stůl pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou
- elektrické polohování
 - nahoru/dolu
 - Trendelenburg/antiTrendelenburg
 - laterální náklony
 - zádová sekce
 - nožní segmenty
 - podélný posun
 - ostatní polohování stolu mechanicky
- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli
- operační stůl musí mít minimálně 5-ti segmentovou operační desku o maximální šířce 600 mm včetně eurolišť
- statická nosnost operačního stolu minimálně 300 kg
- dynamická nosnost operačního stolu minimálně 275 kg
- 4 dvojité pojezdové kola o průměru minimálně 8 cm
- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 690 - 1050 mm
- operační deska musí být RTG transparentní
- akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu
- podélný posun minimálně 300 mm
- Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně $\pm 25^\circ$
- laterální náklony minimálně $\pm 20^\circ$
- zádová sekce minimálně $70^\circ/-40^\circ$
- elektricky stavitelné podložky nohou minimálně $20^\circ/-90^\circ$
- polstrování operačního stolu snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu
- antistatické a antidekubitní polstrování – minimálně 80 mm vysoké
- dálkové ovládání pomocí IR senzoru nebo ovládání pomocí kabelového ovladače
- záložní ovládání na noze stolu
- jednoduché odjímání jednotlivých částí – jednoduché západky
- indikátor stavu baterie
- postranní eurolišty pro připevnění doplňků

Příslušenství:

- podpěra ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks
- anesteziologický rám – 1 ks
- úchyt ruky k hraně stolu – 1 pár
- poutací pás pro připoutání pacienta – 1 ks
- ramenní opěrky – 1 pár
- boční opěrka těla pevná – 1 ks
- boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná