



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Inkubátory a vyhřevná lůžka III - Resuscitační a standardní vyhřívání lůžka“**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1812/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZY PRO ČÁST 1, 2

Dotaz č. 1:

Vyšetřovací světlo pro vyhřívání lůžka. Požadujete zvláštní požadavky na vyhřívání světlo?

Odpověď č. 1:

Zadavatel si není jist, zda se dotaz účastníka vztahuje k vyšetřovacímu světlu nebo k vyhřevnému zářiči. Zadavatel k vyšetřovacímu světlu zvláštní požadavky nepožaduje. Dále zadavatel dle technické specifikace požaduje horní vyhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje přívod hadice pro kyslík a vzduch s odpovídajícími konektory pro napojení do centrálního rozvodu plynů nebo na redukční ventil tlakových lahví. Bude nabídka dostačující při nabídce hadic s napojením do centrálního rozvodu?

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku „Přívodné hadice zvlášť pro kyslík a vzduch s odpovídajícími přípojnými konektory (rychlospojky pro napojení do centrálního rozvodu plynů nebo na redukční ventil tlakových lahví a druhý konec kompatibilní s napojením na lůžko nebo resuscitátor nebo směšovač plynů), obě hadice musí mít délku minimálně 3 metry“. Resuscitační lůžka jsou určena pro porodní sál i jako pohotovostní resuscitační lůžka na standardní oddělení, kde ne u každého místa pro lůžko musí být centrální rozvod plynů.

**Dotaz č. 3:**

V technické specifikaci je požadavek na manometry tlakových lahví pro kyslík a vzduch, musí být součástí nabídky? Bude zadavatel akceptovat nabídku bez manometrů tlakových lahví, když resuscitační lůžko je určeno pro porodní sály a připojení kyslík a vzduch bude do rozvodu?

Odpověď č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku „Manometry tlakových lahví pro kyslík a vzduch musí být součástí nabídky. V případě nabídky manometrů, které nejsou integrovanou součástí lůžka ani resuscitačního přístroje, musí být dodány redukční ventily s manometry na odpovídající tlakové lahve.“

Resuscitační lůžka jsou určena pro porodní sál i jako pohotovostní resuscitační lůžka na standardní oddělení, kde ne u každého místa pro lůžko musí být centrální rozvod plynů.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje u odsávačky do vaků nebo ejektorové odsávačky 0,5 l?

Odpověď č. 4:

Zadavatel bohužel neporozuměl znění tohoto dotazu. Zadavatel dle technické specifikace požaduje: „Součástí nabídky musí být odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka nebo jako samostatné příslušenství“.

Dotaz č. 5:

Rozumí zájemce o tuto VZ správně požadavku plné kompatibility vyhřívané matrace (podložky) s rozměry ložné plochy lůžka tak, že zadavatel požaduje vyhřívanou matraci (podložku) stejného rozměru jako je ložná plocha lůžka?

Odpověď č. 5:

Zadavatel požaduje resuscitační a standardní lůžka, u kterých je velikost ložné plochy vhodná i pro péči o dvojčata. Zadavatel požaduje vyhřívanou matraci, která má stejný rozměr, jako je rozměr ložné plochy lůžka, a která rovnoměrně vyhřívá v celé ložné ploše lůžka. Pokud bude vyhřívání v této části lůžka řešeno jiným systémem či technologií, která zajišťuje tepelný komfort novorozence, než vyhřívanou matrací, zadavatel požaduje dodat matraci, která má stejný rozměr, jako je rozměr ložné plochy lůžka.

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje:

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:
 - šířka minimálně 48 cm
 - délka minimálně 65 cm
- Vyhřívání lůžka:
 - Vyhřívání lůžka z části, na které novorozenec leží, například



- systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídicí jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka, nebo
- jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka, v tomto případě požadujeme ke každému nabízenému lůžku dodání matrace (podložky) se snadno dezinfikovatelným povrchem, matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka

Zadavatel požaduje rozměry ložné plochy vhodné i pro dvojčata. Může uchazeč nabídnout vyhřívanou matraci, která zahřívá větší část lůžka, nebo zadavatel požaduje takovou vyhřívanou matraci, která je kompatibilní s rozměry ložné plochy a rovnoměrně zahřívá celou ložnou plochu s min. rozměry 48x 65 cm?

Odpověď č. 6:

Zadavatel požaduje resuscitační a standardní lůžka, u kterých je velikost ložné plochy vhodná i pro péči o dvojčata. Zadavatel požaduje vyhřívanou matraci, která má stejný rozměr, jako je rozměr ložné plochy lůžka, a která rovnoměrně vyhřívá v celé ložné ploše lůžka. Pokud bude vyhřívání v této části lůžka řešeno jiným systémem či technologií, která zajišťuje tepelný komfort novorozence, než vyhřívanou matrací, zadavatel požaduje dodat matraci, která má stejný rozměr, jako je rozměr ložné plochy lůžka.

Dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje:

- Součástí lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství:
 - Nastavitelný inspirační tlak

Požaduje zadavatel v rámci nastavitelného inspiračního tlaku i bezpečností pojistku pro lepší kontrolu vysokého tlaku > 30 cm H₂O (snížení rizika poškození plic novorozence, viz 7. strana přiloženého dokumentu)?

Odpověď č. 7:

Zadavatel nepožaduje bezpečností pojistku pro lepší kontrolu vysokého tlaku.

V Ústí nad Labem dne:

18-10-2019

62



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel