



Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1845/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Dobrý den,

touto cestou podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje v technické specifikaci lištu Selectatec pro připojení 2 odpařovačů s jištěním proti nechtěné současné aplikaci. Každý výrobce má certifikované vlastní řešení připojení odpařovačů k anesteziologickým přístrojům do MR prostředí. Bude, z důvodu účasti více uchazečů v této VZ, zadavatel akceptovat lištu s roztečí Interlock pro připojení 2 odpařovačů anestetik s blokovacím systémem proti nechtěné současné aplikaci?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvedl název lišty pouze jako příklad. Zadavatel akceptuje alternativní řešení, které splňuje technické a klinické požadavky uvedené v technické specifikaci.

Upravená technická specifikace bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **22.10.2019**

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel