



Název veřejné zakázky: **Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1782/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz

Bude zadavatel v rámci tolerance 10% akceptovat nosnost 250kg ve všech polohách operačního stolu?

Odpověď na dotaz

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci, že pokud nebude uvedeno jinak v technické specifikaci např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnotu nebo parametr, je v případě uvedení přesných technických parametrů akceptován toleranční rozsah $\pm 10\%$. Jelikož je nosnost operačního stolu v technické specifikaci limitována minimální hodnotou, tato tolerance se na tento parametr nevztahuje a zadavatel požaduje dynamickou nosnost operačního stolu minimálně 275 kg a více.

V Ústí nad Labem dne: **31 -10- 2019**

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek

