

Název veřejné zakázky: **Dodávky urologických katetrů a sáčků**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1864/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 k části 2

Dobrý den,

níže zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ: "Dodávky urologických katetrů a sáčků".

Dotaz č. 1 k části 2

Vznášíme dotaz k VZ – Dodávky urologických katetrů a sáčků – část 2 – Foley katetry silikonové. V technické specifikaci uvádíte velikost balónku 5-15 ml. Budete akceptovat velikost balónku 5-10 ml? Nabízený produkt splňuje zcela medicínský účel.

Odpověď č. 1

Zadavatel u veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 2 Foley katetry silikonové **trvá** na podmínkách stanovených v Zadávací dokumentaci - Technické specifikaci a nebude akceptovat výše uvedený návrh účastníka.

Dotaz č. 2 k části 2

Dotaz č. 2 k části 2

Vznášíme dotaz k VZ – Dodávky urologických katetrů a sáčků – část 2 – Foley katetry silikonové. V technické specifikaci uvádíte délku katetru 40 cm. Bude zadavatel akceptovat délku katetru 41 cm? Nabízený produkt splňuje zcela medicínský účel.

Odpověď č. 2

Zadavatel u veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 2 Foley katetry silikonové

upravuje v požadavcích Technické specifikace položku „*velikost balónku 5-15ml, délka katetru 40cm*“ **nově** na položku „*velikost balónku 5-15ml, rozmezí délek katetru 39 -42 cm*“ (viz. změna Příloha č. 3 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky 04112019)

Dotaz č. 3 k části 3

Dotaz č. 3 k části 3

Vznášíme dotaz k VZ – Dodávky urologických katetrů a sáčků – část 3 – Foley Dufour. V technické specifikaci uvádíte velikost balónku 20-50ml a 60-100ml. Bude zadavatel akceptovat velikost balónku u jednotlivých velikostí 40-80 ml? Nabízený produkt splňuje zcela medicínský účel.

Odpověď č. 3

Zadavatel u veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 3 Foley Dufour **neakceptuje navrženou velikost balónku a dílčím způsobem upravuje** položku „*velikost balónku 20-50ml a 60-100ml, délka katetru 40-43cm*“ **nově** na položku „*velikost balónku 20-50ml a 50-100ml, délka katetru 40-43cm*“

Dotaz č. 4 k části 6

Dotaz č. 4 k části 6

Vznášíme dotaz k VZ – Dodávky urologických katetrů a sáčků – část 6 – Močové sáčky. V technické specifikaci uvádíte délku hadice 90 a 120 cm. Bude zadavatel akceptovat dodání pouze 90 cm délky? Nabízený produkt splňuje zcela medicínský účel.

Odpověď č. 4

Zadavatel veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 6 Močové sáčky **upravuje v požadavcích Technické specifikace** položky „*Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 90 cm, sterilní*“ a „*Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 120 cm, sterilní*“ **a nově ponechává jednu upravenou „Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 90 cm, sterilní (tolerance +-5%)“**

Dotaz č. 5 k části 8

Dotaz č. 5 k části 8

Vznášíme dotaz k VZ – Dodávky urologických katetrů a sáčků – část 8 – Uzavřený měřicí močový systém. V technické specifikaci uvádíte požadovanou velikost 2000ml/500ml urometr. Bude zadavatel akceptovat velikost 2600ml/500 ml? Nabízený produkt splňuje zcela medicínský účel.

Odpověď č. 5

Zadavatel veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 8 Uzavřený měřicí močový systém **upravuje v požadavcích Technické specifikace** v položce „*Požadované velikosti*“ **nově „rozmezí 2000-2600ml/500ml urometr“**

**Dotaz č. 6 k části 6****Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace**

Dobrý den,

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás dovoluji požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Dodávky urologických katetrů a sáčků**“. Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-034987.

Dotaz č. 1

V části 6 Močové sáčky zadavatel u obou položek požaduje sáček močový, který má být sterilní. Umožní zadavatel nabídnutí výrobků, které jsou jednotlivě baleny v obalech, ale nejsou sterilní? Dle našeho názoru není u těchto výrobků jejich sterilita nezbytná.

Odpověď č. 6

Zadavatel u veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 6 Močové sáčky **trvá** na podmínkách stanovených v Zadávací dokumentaci - Technické specifikaci a nebude akceptovat výše uvedený návrh účastníka.

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v částech veřejné zakázky - Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 2 Foley katetry silikonové; Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 3 Foley Dufour; Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 6 Močové sáčky a Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 8 Uzavřený měřicí močový systém o celou lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne: **- 4 - 11 - 2019**

06

**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
25488627
DIČ: CZ 25488627Ing. Petr Fiala
generální ředitel