



Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátory do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1858/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Dotaz:

Uchazeč může nabídnout MR ventilátory s podstatně nižší hmotností (pouze 2,4kg) než je požadováno a dále splňující veškeré požadované parametry.

### Odpověď č. 1

Zadavatel u veřejné zakázky Transportní ventilátory do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s. **trvá** na podmínkách stanovených v Zadávací dokumentaci - Technické specifikaci tzn: *Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: Hmotnost **maximálně 8 kg**.*

Vzhledem ke stanovenému požadavku považuje zadavatel dotaz za irelevantní.

### Dotaz č. 2

Vzhledem k probíhající recertifikaci ventilátorů ze strany výrobce, ale není uchazeč schopen splnit požadovaný termín dodání 56 dnů. Bude zadavatel akceptovat prodloužení termínu dodání na 90 dnů?

### Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v obligatorním návrhu smlouvy.

V Ústí nad Labem dne:

- 5 - 11 - 2019

Ing. Václav Štyvar  
vedoucí oddělení veřejných zakázek