



Název veřejné zakázky: **Dodávky urologických katetrů a sáčků**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1864/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1 k části 7

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás dovoluji požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Dodávky urologických katetrů a sáčků**“. Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-034987.

Dotaz č. 1

V části 7 Uzavřená močový systém zadavatel požaduje délku hadice min. 120 cm. Umožní zadavatel nabídnout výrobek s délkou hadice 110 cm? Tato délka je dle našeho názoru dostatečná.

Odpověď č. 1

Ve veřejné zakázce Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 7 Uzavřený močový systém zadavatel **trvá** na podmínkách stanovených Zadávací dokumentaci – Technické specifikaci.

Dotaz č. 2 k části 6

u části č. 6 VZ požadujete délky hadiček močových sáčků 90 a 120 cm umožní zadavatel délky hadiček sáčků 90 a 150 cm ?

Odpověď č. 2

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v odpovědi na dotaz č. 4 upravil požadavky v Technické specifikaci viz. text níže:

Zadavatel veřejné zakázky Dodávky urologických katetrů a sáčků: část 6 Močové sáčky upravuje v požadavcích **Technické specifikace** položky „Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 90 cm, sterilní“ a „Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 120 cm, sterilní“ a nově ponechává jednu upravenou „Sáček močový s křížovou výpustí, hadice 90 cm, sterilní (tolerance $\pm 5\%$)“

V Ústí nad Labem dne: - 8 -11- 2019



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627



.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

