

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.“

Dotaz č. 1:

Dotaz č.1 - Projektová dokumentace (ZD), část 2: Intrakorporální litotriktor

Zadavatel požaduje:

„Intrakorporální litotriktor s možností jak ultrazvukové desintegrace konkrementu, tak i kontaktní desintegrace konkrementu sondou a i kombinace obou možností a to i včetně možností odsávání.“

Dotaz:

Náš litotriktor nabízí kombinovaný systém ultrazvukové a mechanické energie, který je požadován. Obě energie jsou přenášeny simultánně jedinečným designem jediné sondy, která má díky tomu lepší vlastnosti a více prostoru pro odsávání konkrementů (větší lumen). Naši jedinečnou kombinaci těchto systémů lze dosáhnout rychlejšího výsledku. Oba tyto systémy jsou vestavěny do jediného generátoru, s jediným převaděčem, bez nutnosti napojení na tlakové či jiné rozvody. Oddělené, samostatně aktivované systémy ultrazvukové a mechanické energie nic navíc nepřinášejí.

Akceptuje zadavatel naše technicky dokonalejší řešení?

Odpověď č 1:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje:

„Výkon mechanické litotrypse cca. 85 mJ.“

Dotaz:

Náš litotriptor nabízí kombinovaný systém ultrazvukové a mechanické energie. Obě tyto energie jsou přenášeny simultánně jedinečným designem jediné sondy s tím, že mechanická energie vychází z úrovně ultrazvukové energie tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku.

Akceptuje zadavatel naše technicky dokonalejší řešení, kdy je úroveň mechanické energie dána nastavením ultrazvukové energie?

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje změnu.

Dotaz č. 3:

Dotaz č.3 - Projektová dokumentace (ZD), část 2: Intrakorporální litotryptor

Dotaz:

Zadavatel neuvádí, zda má být součástí dodávky i dodání sond. Pokud ano, může zadavatel specifikovat počty a využití sond?

Odpověď č. 3:

Sondy k ureterorenoskopii, kde stačí mechanická trypse a v počtu 2 ks a KS kombinovaných k perkutánní operaci a 1 čistě mechanická.

Dotaz č. 4:

Dotaz č.4 - Projektová dokumentace (ZD), část 5: Flexibilní ureterorenoskop

Zadavatel požaduje:

„Připojitelnost endoskopu ke stávajícímu zdroji světla.“

Dotaz:

Může zadavatel specifikovat, o jaký typ a výrobce se jedná? Ev., který světlovodný kabel je používán? Nový světlovodný kabel není poptáván.

Odpověď č. 4:

Zadavatel používá zdroj světla od výrobce: Richard Wolf typ: 5123. Světelný kabel je používán od výrobce Richard Wolf.

Dotaz č. 5:

Dotaz č.5 - Projektová dokumentace (ZD), část 6: Dvoukanálový flexibilní ureterorenoskop

Zadavatel požaduje:

„Připojitelnost endoskopu ke stávajícímu zdroji světla.“

Dotaz:

Může zadavatel specifikovat, o jaký typ a výrobce se jedná? Ev., který světlovodný kabel je používán? Nový světlovodný kabel není poptáván.

Odpověď č. 5:

Zadavatel používá Zdroj světla Olympus Visera CLV-S40.

Dotaz č. 6:

Dotaz č.6 - Projektová dokumentace (ZD), část 6: Dvoukanálový flexibilní ureterorenoskop

Zadavatel požaduje:

„Dva nezávislé pracovní kanály s průměrem cca. 3,3 Fr.“

Dotaz:

Náš flexibilní ureteroskop nabízí jeden standardní pracovní kanál s větším průměrem 3,6 Fr. Má jedinečný průměr zaváděcího tubusu pod 8 Fr., který výrazně usnadňuje manipulaci a chrání pacienta před poškozením ureteru. Zadavatelem požadovaný ureteroskop se 2 kanály standardně nabízí zaváděcí tubus s průměrem cca 10 Fr., což může způsobovat problémy při zavádění do zúžených ureterů. Navíc je dodáván pouze jedním dodavatelem.

Akceptuje zadavatel naše řešení s ureteroskopem s jedním kanálem s jedinečným průměrem pod 8Fr.?

Odpověď č. 6:

Zadavatel trvá na parametru uvedeném v projektové dokumentaci. Endoskop je plánován k využití zejména pro laserovou desintegraci konkrementů – jeden kanál se využívá k zavedení laserového vlákna a druhý k zavedení vodiče.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro
část 2 – Intrakorporální litotryptor


15 -12- 2014

do v 10:00 hod.

15 -12- 2014

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne:



Ing. Petr Fiala
generální ředitel