

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s.“

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Projektové dokumentaci dodávky části 2.A. požaduje u endosonografického systému výškově i stranově nastavitelný monitor i pult obsluhy.

Bude zadavatel akceptovat obdobné řešení, kdy ultrazvukový přístroj má výškově i stranově nastavitelný multifunkční monitor, jehož součástí je také rozsáhlé dotykové obslužné menu/pult obsluhy a kromě toho má druhý nestavitelný pult obsluhy s klávesnicí?

Odpověď č. 1

Zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Projektové dokumentaci dodávky části 2.A. požaduje u endosonografického systému vysokou obrazovou frekvenci až cca 1200 snímků za sekundu.

Takto vysoká frekvence je dosahována pouze na fázových kardiologických sondách, které neodpovídají požadovanému medicínskému užití tohoto UZ přístroje a ani nejsou součástí technické specifikace. Při ultrazvukových vyšetřeních na oddělení gastroenterologie, ke kterým je požadovaný přístroj určen, je využívána rychlost obrazové frekvence maximálně cca 200 snímků za sekundu. Máme za to, že je požadovaná výše frekvence pro požadovaný účel využití přístroje nadhodnocena a nemá praktického medicínskému využití. Bude zadavatel akceptovat endosonografický systém, který má obrazovou frekvenci cca 440 snímků za sekundu, přičemž splňuje požadovaný medicínský účel?

Odpověď č. 2

Zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v Projektové dokumentaci dodávky části 2.A. požaduje u endosonografického systému přehledný dotykový LCD displej.

Bude zadavatel akceptovat obdobné řešení, kdy funkce pomocného dotykového displeje je plnohodnotně nahrazena dotykovou oblastí ve spodní části LCD displeje UZ přístroje?

Odpověď č. 3

Zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v Projektové dokumentaci dodávky části 2.A. požaduje u endosonografického systému vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW dopler a CW dopler na lineární sondě k vyšetření velmi rychlých toků.

Kontinuální CW dopler na lineární sondě u endosonografických systémů je specifické řešení jediného výrobce. Bude zadavatel akceptovat endosonografický systém s pulzním PW

doplerem s vysokou opakovací frekvencí, který slouží ke stejnému medicínskému účelu, tj. vyšetření velmi rychlých toků?

Odpověď č. 4

Zadavatel akceptuje navržené řešení.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 2: Endoskopické věže pro Teplice

16-12-2014

do v 10:00 hod.

16-12-2014

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: **20-10-2014**



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel