



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Operační stoly I.“**
Druh zadávacího řízení: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1785/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Dovolujeme si zaslat dotaz k Vašemu požadavku ze ZD : „Požadavek na umístění záložního ovládání v boku základny umístěné pouze na boku od pacienta nikoliv pod hlavou či dolními končetinami.“

Požadováno:

- Požadován zabudovaný záložní ovladač v boku základny (přípustné umístění je pouze na boku od pacienta nikoliv pod hlavou či dolními končetinami) operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem. Jiné umístění záložního ovladače není přípustné.

Tento požadavek bohužel pro nás vnímáme jako diskriminační, a to z několika důvodů:

1) Tento požadavek vychází ze stereotypně vžitě představy, že existuje pouze longitudinální transportér desek stolu ve směru hlava nohy. Námi nabízené stoly však mají daleko výhodnější laterální - boční transportér desek stolu, který byl v nemocnici prezentován a je daleko méně náročnější na prostor a manipulaci s deskou stolu na operačním sále a zároveň umožňuje komfortní přístup k záložnímu ovládání. Samozřejmě máme i požadovaný transportér desek stolu s navážením ve směru hlava – nohy a ani zde není problém s přístupem k záložnímu ovládání a s automatickým rozpoznáváním orientace desky stolu.

2) Záložní ovládání je ve směru hlava nohy umístěno záměrně i z bezpečnostních důvodů, kdy nedochází k nechtěnému poškození ovládání při manipulaci personálu s příslušenstvím kolem stolu na operačním sále, umožňuje ovládání stolu z obou stran operatérů bez nutnosti stůl obcházet, je snadno dostupné v jakékoliv pozici nastavení stolu i vzhledem k posunu desky stolu o 475 mm a naprosto splňuje požadovaný medicínský účel při jakékoliv operaci.

3) Disponujeme také možností externího emergency záložního ovládání s vlastním zdrojem, které lze umístit z boku desky stolu na eurolištu desky stolu a které je nezávislé na baterii



stolu. To umožňuje kompletní, nezávislé ovládání všech poloh operačního stolu, včetně ovládání a polohování desky stolu i mimo základnu na transportním vozíku.

4) Námi nabízené stoly se záložním ovládáním ve směru hlava nohy jsou samozřejmě schváleny SÚKLEM pro jakoukoliv operativu bez omezení a plně splňují požadovaný medicínský účel, kde stranové uložení záložního ovládání nehraje primární úlohu.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat řešení s bočním transportérem desek stolu, včetně bočního záložního ovládání ve směru hlava nohy, navíc s nabídkou nezávislého, záložního, emergency ovládání z boku desky stolu na eurolišťě?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: 11-11-2019

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel