



Název veřejné zakázky: „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Operační stoly I.“

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1785/2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

Žádám Vás tímto o možnost nabídnout v rámci zvýšení počtu firem účastnících se tohoto výběrového řízení technické řešení, které při zachování komfortu obsluhy a stejné případně vyšší kvality nabízených parametrů může nabídnout cenově výhodnější variantu. Více informací v příloze: Otázky pro zadavatele Krajská zdravotní, a.s.

Operační stoly pro COS – Nemocnice Teplice, o. z.

Otázky pro Zadavatele veřejné zakázky:

Žádám Vás tímto o možnost nabídnout v rámci zvýšení počtu firem účastnících se tohoto výběrového řízení technické řešení, které při zachování komfortu obsluhy a stejné případně vyšší kvality nabízených parametrů může nabídnout cenově výhodnější variantu.

Nabízíme univerzální systémové operační stoly pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů v této konfiguraci:

an operační stůl s ležovou deskou určený pro operace páteř, vnější chirurgie, s použitím navigace

Is operační stůl s ležovou deskou určený pro operace páteř, vnější chirurgie, s použitím navigace

- oboje operační stoly jsou vybaveny podvozky, umožňujícími pohodlnou přepravu stolu


Vlastnosti bariatrického operačního stolu:

- Nastavitelná výška operačního stolu se pohybuje v rozmezí 585 – 1050 mm u stolu bariatrického
- šířka bariatrického stolu včetně EURO lit: je 640 mm
- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg je 40°/40°
- počet náklonů operační desky v rozsahu min. 30°
- zdílné lůžkové segmenty v rozsahu min. +90°/-40°
- polohy lůžkových segmentů v rozsahu min. +40°/-40°
- elektricky ovládaný systém volitelných segmentů společně i narázově v rozsahu min. -90°/+35°
- nosnost operačního stolu 400 kg
- stůl je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 316L
- není parafén v orledech
- ostatní vlastnosti nímto výše uvedených podle technické specifikace Zadavatele



Vlastnosti stolu s karbonovou deskou:

- Nastavitelná se pohybuje v rozmezí 800 – 1200 mm
- Šířka stolu s karbonovou deskou je 540 mm
- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg je 16°/25°
- boční náklon operační desky v rozsahu min. ±20°
- stůl neumožňuje vzhledem ke své konstrukci možnost polohy „flex“ a „reflex“ operační desky, pohyb zádového segmentu, sklon nožních segmentů
- stůl je dodatečně vybaven ovladačem umožňující pohybovat operační deskou plynule v osmi směrech.
- nosnost operačního stolu 230 kg
- ostatní vlastnosti mimo výše uvedených podle technické specifikace Zadavatele



Bezdrátový dálkový ovladač technologie Bluetooth s barevným displejem:



Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: 11.11.2019

02
kz

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel