



Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátory do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1858/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Dobrý den,
touto cestou podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:

V zadávací dokumentaci je v příloze č. 3 - technická specifikace uveden požadovaný parametr "Tlakové omezení minimálně v rozsahu 20 – 60 cmH₂O".

Bude zadavatel akceptovat tlakové omezení 0 – 50 cmH₂O?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v Zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2

Dotaz 2:

V zadávací dokumentaci je v příloze č. 3 - technická specifikace uveden požadovaný parametr "Provoz bez nutnosti připojení ke zdroji elektrické energie – provoz pouze připojením ke zdroji O₂".

Bude zadavatel akceptovat transportní ventilátor napájený elektrickou energií ze sítě s interní baterií zajišťující provoz na 3hodiny)?

Děkujeme.

Odpověď č. 2


Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v Zadávací dokumentaci.
V Ústí nad Labem dne:

14 - 11 - 2019

.....

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627