



Název veřejné zakázky: **Infuzní technika do prostředí MR a PCA dávkovače pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1894/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 k části 1

Dobrý den,

touto cestou podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V zadávací dokumentaci je v příloze č. 3 uvedena mj. technická specifikace části 1 VZ – Infuzní technika do prostředí MR. V této souvislosti bychom zadavateli rádi nabídli variantní řešení, které se v jednotlivých parametrech mírně liší od požadavků uvedených v předmětné příloze, avšak je mnohem bezpečnější do prostředí MR a splňuje požadavky na vzdálený dohled při používání v MR.

Řešení:

- může být umístěno (na rozdíl od požadavku specifikovaného v ZD) v bezprostřední blízkosti magnetu (kompatibila do 3 T, možnost umístění v poli do 1T, nikoli do 20 mT, jak je v ZD) tedy nemusí být chráněno dokovací stanicí, což samo o sobě odbourává riziko možného poškození magnetu např. při nechtěném otevření dvířek stanice nebo přiblížení infuze magnetu;
 - umožňuje vzdálený kontinuální dohled nad léčbou, tedy zahrnuje vzdálený displej pro monitorování léčby a změnu dávkování léčby za provozu magnetu z ovladovny MR;
 - obsahuje 1 volumetrickou pumpu + 1 lineární dávkovač tedy dávkování ve 2 nezávislých kanálech
- Bude zadavatel akceptovat variantní řešení, tedy přístroj, který je primárně určen do MR a splňuje bezpečnostní a funkční parametry pro techniku používanou v MR na mnohem vyšší úrovni přitom ve stejné cenové hladině?

Odpověď č. 1

Zadavatel nabízené řešení neakceptuje, neboť tazatel nabízí takové technické řešení, se kterým nedokáže splnit vysokou přesnost dávkování farmak, tak jak zadavatel požaduje od přístroje „dávkovač“. Tzn. nabízené řešení nemá ani na jednom ze dvou kanálů odchylku přesnosti dávkování v rozsahu $\pm 2\%$.

V Ústí nad Labem dne: **14.11.2019**

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627.....

KZ

Ing. Petr Fiala
generální ředitel