

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zák. č. 137/2006 Sb. o VZ

k VZ

„Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.“

(VZ 376660)

„Část VZ č. 2 - Hybridní systém SPECT/CT – 2 ks“

Identifikační údaje zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s. Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČO: 25488627
Předmět VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks hybridního systému SPECT/CT pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Chomutov, včetně záložního zdroje, úprav pracoviště určeného pro provoz přístroje, které jsou nezbytné pro jeho instalaci a připojení dle předloženého technologického projektu - součástí nabídky musí být orientační náskres umístění přístroje, zahrnující prostředky nutné pro instalaci systému (tzn. el. rozvaděč, kabelové kanály, kotvící prvky atd.), a dále instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instrukcí dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 18/1997 Sb., atomový zákon a vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. v posledním znění).
Cena zakázky:	Nabídková cena vč. DPH: 27 694 480,00 Kč
Zvolený druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení na dodávky
Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů:	ACESO PRAHA, s.r.o., Se sídlem: K Červenému vrchu 7, 160 00 Praha 6 IČ: 48025551
Odůvodnění výběru:	Vítězná předložená nabídka splňuje všechny požadavky zadávací dokumentace a jejich hodnotících kritérií.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:	<u>Nabídka č. 1:</u> Uchazeč: Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577 Cena vč. DPH: 28 386 496,- Kč <u>Nabídka č. 2:</u> Uchazeč: BANK.SYS s.r.o., Nad Vavrouškou 15/695, Praha 8, 181 00, IČ 25609076 Cena vč. DPH: 28 435 000,- Kč

	<u>Nabídka č. 3:</u> Uchazeč: ACESO PRAHA, s.r.o., K Červenému vrchu 7, 160 00 Praha 6, IČ 48025551 Cena vč. DPH: 27 694 480,- Kč
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:	<u>Nabídka č. 2:</u> Uchazeč: BANK.SYS s.r.o., Nad Vavrouškou 15/695, Praha 8, 181 00, IČ 25609076 <u>Odůvodnění:</u> Důvodem vašeho vyloučení je podání nepřijatelné nabídky, jejíž nepřijatelnost spočívá v nesplnění minimálních technických parametrů stanovených zadavatelem u Vámi nabízeného přístroje. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené přístroje „Hybridní systém SPECT/CT“. Tyto minimální technické parametry byly uvedeny v příloze č. 3 ZD - Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky a v příloze č. 4 ZD – Technický list přístroje. Jednalo se mimo jiné o požadavek na připojení do PACS, a to MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, 100BASE-SX, 1000BASE-SX) a požadavek na Inteligentní systém pro automatické konturování těla při celotělovém zobrazení a SPECT v L-mode. Na základě předložených dokladů a informací uvedených v nabídce bylo hodnotící komisí zjištěno, že předložená nabídka tento požadavek stanovený zadavatelem nesplňuje.

V Ústí nad Labem dne 23.10.2014

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

21