

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s.“ ČÁST: 3 - Endoskopická věž (ORL - Děčín)

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u Kamerové jednotky (videoprocessor): jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů, dotykového displeje, tlačítek na jednotce, nebo tlačítek na kamerové hlavě.

Akceptuje zadavatel, pokud splňujeme některou z nabízených možností např. ovládání pomocí klávesnice, tlačítek na jednotce a tlačítka na kamerové hlavě?

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje u záznamového modulu nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB nebo CF kartu) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě.

Akceptuje zadavatel naše technické řešení nahrávání obrazů a videa na externí paměť USB disk ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě?

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje rukojeť s mechanickým ovladačem oplachu 1ks

Požaduje zadavatel sací a oplachovou rukojeť a plášť kompatibilní s nabízenou optikou 4mm 30°?

Odpověď č. 3

Zadavatel trvá na znění technické specifikace: Zadavatel požaduje rukojeť s mechanickým ovladačem oplachu 1ks.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje kamerovou hlavu 1 čipovou, ale neuvádí, zda 1 čipovou HD nebo SD.

Požaduje tedy zadavatel 1 čipovou HD kamerovou hlavu?

Odpověď č. 4


Zadavatel akceptuje navržené řešení, jelikož zadavatel požaduje záznam obrazu v HD kvalitě, požaduje tedy 1 čipovou HD kamerovou hlavu.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro - ČÁST: 3 - Endoskopická věž (ORL - Děčín)

16 -12- 2014
do v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16 -12- 2014 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 22 -10- 2014

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel