



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1804/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 k části 1

Dobrý den,

ve specifikaci pro výše uvedený typ přístroje je požadavek na rozsah pro parametr Flow trigger 3-15l/min. Bude zadavatel akceptovat přístroj s nastavením rozsahu pro parametr Flow trigger 0-10l/min a OFF (vypnuto), což je rozsah plně dostačující pro nastavení bezpečné ventilace pacienta všech věkových kategorií? P

přístroj zároveň odpovídá medicínskému účelu a tento typ přístroje již zadavatel ve svých zdravotnických zařízeních používá.

Děkujeme

Odpověď č. 1

Zadavatel u veřejné zakázky **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.: část 1 Transportní plicní ventilátor upravuje** v technické specifikaci u položky:

- *Nastavitelné parametry:*
 - o *Flowtrigger min. 3-15 l/min*

NOVĚ

- *Nastavitelné parametry:*
 - o *Flowtrigger min. 3-15 l/min, nebo Flowtrigger 0-10 l/min a OFF (vypnuto)*

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

20.11.2019



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel