

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1804/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 k části 1

Název veřejné zakázky / poptávkového řízení: „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.“ – část 1 – Transportní plicní ventilátor, jejíž formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ byl uveřejněn v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem zakázky Z2019-038643.

Jako dodavatel mající vážný zájem účastnit se předmětného poptávkového řízení a podat nabídku na předmětnou veřejnou zakázku se s ohledem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na Vás obracím s níže uvedenými dotazy na předmětnou veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.“ – část 1 – Transportní plicní ventilátor“, týkající se předmětné zadávací dokumentace přesněji pak Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace: „Technická specifikace“, ve které jsou mimo jiné uvedeny tyto parametry:

- *Nastavitelné parametry: - Flowtrigger min. 3-15 l/min.*

Různí výrobci mají různou konstrukci a proto i odlišné parametry, které však vedou ke stejnému medicínskému účelu a použití. Tazatelem nabízený transportní ventilátor disponuje tlakovým triggerem nastavitelným v rozsahu -2 až -10 cm H₂O namísto průtokového triggeru, což pro účely transportního ventilátoru je zcela dostačující a tazatelem nabízený ventilátor má navíc celou řadu konstrukčních výhod.

DOTAZ Č. 1: Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na transportní ventilátor disponující tlakovým triggerem namísto průtokového?

Odpověď č. 1

Zadavatel u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.: část 1 Transportní plicní ventilátor **nebude akceptovat nabídku na transportní ventilátor disponující tlakovým triggerem.**

V Ústí nad Labem dne: **26-11-2019**



Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného odd. veřejných zakázek