

Název veřejné zakázky: **Skiagrafický RTG komplet s přímou digitalizací, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1888/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje:

- Nastavení vzdálenosti středu receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku v rozsahu min. 30-172 cm

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního zařízení s minimální výškou středu receptoru obrazu vertikálního stativu 33,5 cm?

Odpověď č. 1:

Nižší hodnota minimální výšky středu receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku snižuje množství případů, kdy je nutné pro snímkování spodních částí dolních končetin využít schůdek, na který pacient vstupuje v případě, že anatomické struktury zasahují pod střed receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku v jeho nejnižší poloze. Použití schůdku výrazně zvyšuje riziko zranění pacientů, přičemž toto riziko vzrůstá s rostoucí výškou schůdku. Vzhledem k této skutečnosti byla maximální hodnota minimální výšky středu receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku stanovena na 30 cm. Zadavatel nebude akceptovat nabídku moderního zařízení s minimální výškou středu receptoru obrazu vertikálního stativu 33,5 cm.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v úvodu Technické specifikace uvádí, že požaduje zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro přímou digitální skiografii, se stropním závěsem pro RTG zářič a **třemi** flat-panel-detektory, a následně požaduje:

- 3 ks flat panel detektorů (FPD) pro přímou digitalizaci obrazu – stůl, vertikální stativ, volný detektor.

Zároveň bodově zvýhodňuje parametry „zaměnitelnost detektorů pro stůl a vertikální stativ“ a „možnost využít detektor z vyšetřovacího stolu jako volný detektor“. Ve vysvětlivkách druhého zmíněného hodnoceného parametru zadavatel uvádí:

- V takovém případě musí tento detektor splňovat navíc také parametry stanovené pro volný detektor kromě rozměru aktivní plochy a hmotnosti. V opačném případě musí být dodán navíc

jeden volný detektor rozměru min 42 cm x min 42 cm, splňující parametry stanovené pro volný detektor kromě rozměru aktivní plochy a hmotnosti.

Námi nabízený přístroj renomovaného výrobce zahrnuje dva fixní nevyjímatelné detektory pro stůl a vertikální stativ a jeden přenosný volný detektor s bezdrátovou komunikací. Nabízené řešení považujeme za dostatečně robustní a vhodné pro provoz velmi vytíženého pracoviště.

Možnost vyjmutí detektorů ze stolu a vertikálního stativu je bodově ohodnocena hned ve dvou parametrech, proto považujeme požadavek na případné dodání čtvrtého detektoru za diskriminační. Bude zadavatel akceptovat nabídku špičkového přístroje se dvěma fixními a jedním přenosným detektorem?

Odpověď č. 2:

Parametr „zaměnitelnost detektorů pro stůl a vertikální stativ“ umožňuje v případě poruchy detektoru v jednom z těchto zařízení jeho záměnu a tím pokračování v provozu pracoviště bez omezení jejich využití.

Parametr „možnost využít detektor z vyšetřovacího stolu jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat“ umožňuje v případě poruchy volného detektoru využít jako volný detektor detektor ze stolu a tím pokračování v provozu pracoviště bez omezení.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel požaduje mít na skiagrafickém pracovišti k dispozici dva volné detektory. Jeden dle požadavků Technické specifikace pro volný detektor a jeden rozměru min 42 x min 42 cm. Tento požadavek může být naplněn buďto splněním parametru „možnost využít detektor z vyšetřovacího stolu jako volný detektor“ nebo dodáním navíc jednoho volného detektoru rozměru min 42 cm x min 42 cm, splňujícího parametry stanovené pro volný detektor kromě rozměru aktivní plochy a hmotnosti.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku špičkového přístroje se dvěma fixními a jedním přenosným detektorem.

Dotaz č. 3:

Z jakého důvodu zadavatel oproti průzkumu trhu rozšiřuje svůj požadavek na případný další (čtvrtý) detektor pro volné snímky (navíc formátu min. 42 x 42 cm), když jeden volný detektor s aktivní plochou min. 34 x 42 cm je součástí požadované technické specifikace?

Požadavek zadavatele je neopodstatněný, navyšující cenu přístroje (požadavek na dva volné detektory – 1 ks s aktivní plochou min. 34 x 42 cm a 1 ks s aktivní plochou min. 42 x 42 cm) a zamezující účasti výrobce / uchazeče, který je připraven nabídnout řešení světově renomovaného výrobce se třemi detektory (2 ks s aktivní plochou min. 42 x 42 cm umístěnými ve vyšetřovacím stole a ve vertigrafu napojenými na kabelové datové připojení a napájení a 1 ks s bezdrátovým přenosem dat s aktivní plochou min. 34 x 42 cm).

Tento požadavek zadavatele uvedený v poznámce je podle našeho názoru diskriminující pro více výrobců / uchazečů, kteří by se mohli této veřejné zakázky účastnit a nemá oporu v reálných klinických potřebách pracoviště.

Odpověď č. 3:

Parametr „možnost využít detektor z vyšetřovacího stolu jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat“ umožňuje v případě poruchy volného detektoru využít jako volný detektor detektor ze stolu a tím pokračování v provozu pracoviště bez omezení.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel požaduje mít na skiagrafickém pracovišti k dispozici dva volné detektory. Jeden dle požadavků Technické specifikace pro volný detektor a jeden rozměru min 42 x min 42 cm. Tento požadavek může být naplněn buďto splněním parametru „možnost využít detektor z vyšetřovacího stolu jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat“ nebo dodáním navíc jednoho volného detektoru rozměru min 42 cm x min 42 cm, splňujícího parametry stanovené pro volný detektor kromě rozměru aktivní plochy a hmotnosti.

Kromě případu poruchy volného detektoru nalezne detektor rozměru min 42 cm x min 42 cm využití jako volný detektor při snímkování rozměrných pacientů na speciálním lůžku se schránkou/plochou určenou pro umístění detektoru pod pacienta a nevyžadujícím manipulaci s pacientem, kdy je nutno počítat se zvětšením obrazu v důsledku umístění této schránky/plochy v konstrukčně limitované minimální vzdálenosti pod pacientem.

V Ústí nad Labem dne: **29 - 11 - 2019**

v zastoupení MUDr. Aleš Chodacki



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel