

Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s.“

(ČÁST: 10, 11, 12 VZ)

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatel požaduje u Endoskopické kamery (kamerové hlavy) "zajištění sterility bez nutnosti použití sterilizátoru" a následně jako součást příslušenství požaduje "sterilizační box pro kameru v případě nutnosti užití sterilizátoru". Domníváme se, že se jedná o požadavky, které jsou vzájemně v rozporu. Máme tomu rozumět tak, že zadavatel bude akceptovat oba způsoby zachování sterility integrovaného laparoskopu, tzn. buď zajištěním sterility bez použití sterilizátoru nebo s použitím sterilizačního boxu pro kameru v případě nutnosti užití sterilizátoru?

Dotaz se vztahuje k části 10, 11 a 12 VZ.

Odpověď č. 1:

Zadavatel připouští obě varianty zajištění sterility.

V Ústí nad Labem dne: 29 -10- 2014

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel