



Název veřejné zakázky: **Transportní lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 2 - Transportní lůžko**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1918/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz

V technické specifikaci zadavatel mj. požaduje „Vnější šířka lůžka musí být mezi 80 a 87 cm“. Chápeme správně, že uvedená vnější šířka lůžka je maximální a tedy zda námi nabízené lůžko, které má při splnění všech ostatních parametrů vnější šířku 76 cm, je pro zadavatele přípustné?

Odpověď

Účastník si tento parametr „Vnější šířka lůžka musí být mezi 80 a 87 cm“ uvedený v technické specifikaci vykládá nesprávně. Zadavatel však upravuje technickou specifikaci a připouští vnější šířku lůžka od 76 cm do 87 cm tzn. v tomto rozmezí i včetně.

Upravená technická specifikace bude uveřejněna na profilu zadavatele.

V souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, zadavatel prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek. Nový termín bude zveřejněn na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 05 -12- 2019

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ5488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel