

Poskytnutí dodatečných informací č. 6

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s.“

(ČÁST: 10, 11, 12 VZ)

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické části zadávací dokumentace u části 10,11,12 u Laparoskopu (optiku) parametr (vlastnost) : „zajištění sterility“.

Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje zajištění sterility laparoskopu s maximálním důrazem (ohledem) na hygienu a bezpečnost pacienta, tj sterilizace v autoklávu ?

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto požaduje zajištění sterility laparoskopu jakýmkoliv způsobem.

V Ústí nad Labem dne: 04 - 11 - 2014

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

01