



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Laparoskopické věže a videoendoskopická sestava: část 2
Laparoskopická věž pro gynekologii**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1847/2019**

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedených částí veřejné nadlimitní zakázky zahájené dne 31. 10. 2019 dle § 127 odst. 2 písm. d) Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Odůvodnění pro zrušení části 2 Laparoskopická věž pro gynekologii:

V průběhu zadávacího řízení byl zadavatel upozorněn poskytovatelem dotace na možné diskriminační parametry, neboť je splní pouze jediný dodavatel a omezují se tak jiní dodavatelé s odlišnou technologií obrazového odlišení tkání. Zadavatel přesto předpokládal, že účastníků, kteří budou schopni podat nabídku splňující technickou specifikaci je více.

Konkrétně se jednalo o požadovanou technologii obrazového odlišení tkání („úzkopásmového zobrazení“) v nejvyšší dostupné kvalitě na trhu a to principem filtrace viditelného spektra vlnových délek osvětlení ze zdroje světla přes optické filtry.

Následně v průběhu lhůty pro podání nabídek jeden z účastníků položil dotazy k uvedené části veřejné zakázky a současně požadoval přípuštění jiné technické specifikace.

Po bližším přezkoumání a názoru zadavatel připustil riziko možného diskriminačního parametru uvedeného v technické specifikaci. Jelikož již nelze učinit žádné kroky, které by vedly k nápravě, rozhodl se zadavatel pro zrušení zadávacího řízení.

V Ústí nad Labem dne: - 2 -01- 2020

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče / 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel