

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1847/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laparoskopické věže a videoendoskopická sestava: část 2 Laparoskopická věž pro gynekologii“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000390“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-038520“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím - Laparoskopická věž.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadávací řízení bylo zrušeno.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
.				

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tato nadlimitní veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedených částí veřejné nadlimitní zakázky zahájené dne 31. 10. 2019 dle § 127 odst. 2 písm. d) Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Odůvodnění pro zrušení části 2 Laparoskopická věž pro gynekologii:

V průběhu zadávacího řízení byl zadavatel upozorněn poskytovatelem dotace na možné diskriminační parametry, neboť je splní pouze jediný dodavatel a omezují se tak jiní dodavatelé s odlišnou technologií obrazového odlišení tkání. Zadavatel přesto předpokládal, že účastníků, kteří budou schopni podat nabídku splňující technickou specifikaci je více.

Konkrétně se jednalo o požadovanou technologii obrazového odlišení tkání („úzkopásmového zobrazení“) v nejvyšší dostupné kvalitě na trhu a to principem filtrace viditelného spektra vlnových délek osvětlení ze zdroje světla přes optické filtry.

Následně v průběhu lhůty pro podání nabídek jeden z účastníků položil dotazy k uvedené části veřejné zakázky a současně požadoval připuštění jiné technické specifikace.

Po bližším přezkoumání a názoru zadavatel připustil riziko možného diskriminačního parametru uvedeného v technické specifikaci. Jelikož již nelze učinit žádné kroky, které by vedly k nápravě, rozhodl se zadavatel pro zrušení zadávacího řízení.

V Ústí nad Labem dne 03.01.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

