



Název veřejné zakázky: **Defibrilátor pro infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen „VZ“)**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1970/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz

Ve vyhlášeném výběrovém řízení s názvem „Veřejná zakázka: Defibrilátor pro infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“ je jeden z technických požadavků na: „Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu minimálně 50 – 270J, plynule či stupňovitě minimálně v pěti různých stupních, z nichž nejnižší bude 2J či méně, nejvyšší 200J či více“.

Námi nabízený defibrilátor má tento technický parametr 2J – 200J, což je parametr výrobcem plně garantovaný pro defibrilaci dítěte i dospělého.

Bude zadavatel akceptovat tento víceméně totožný technický parametr?

Odpověď na dotaz


Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení, jelikož nám uchazeč nabízí defibrilátor, jehož rozsah nastavitelné energie je 2-200J a nikoliv námi požadovaná 50-270J – viz. technická specifikace:

„Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu minimálně 50 – 270J, plynule či stupňovitě minimálně v pěti různých stupních, z nichž nejnižší bude 2J či méně, nejvyšší 200J či více“

Výše uvedený bod technické specifikace je nutné splnit v plném rozsahu a nikoliv částečně, jak nám uchazeč nabízí.

Zadavatel tedy trvá na původním zadání.

V Ústí nad Labem dne: - 6 -01- 2020



.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek