

Objednávka 4600085177

Datum objednávky 13.01.2020

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.

člen koncernu

Evropská 176/16

160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás

1000052

Termín dodávky: 13.01.2020

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	oprava videokolonoskopu 180.693,00	180.693,00

Objednáváme u Vás opravu videokolonoskopu typ: CF-Q165L, v.č. 2601116, inv.č.410000527

- oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most, [REDACTED]
tel. [REDACTED]

Objednávka vystavena na základě vašeho cenového návrhu č.51240839/10969 ze dne 10.1.2020

Celk.hodn. s DPH CZK

180.693,00

Krajská zdravotní, a.s.

- Nemocn

Odbor obsluh

Oddělení z

Schválil:...

Z důvodu registrace

jak adresu sídla spo

adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

**Cenový návrh číslo:
51240839/10969**

ze dne: 10.1.2020
platný do: 10.3.2020

Číslo Vaší objednávky:
4600085052

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o.z.

oddělení zdravotnické techniky

J.E.Purkyně 270

434 64 Most



PRACOVISTĚ: odd. centrální endoskopie
PŘÍSTROJ: Endoskop

TYP: CF-Q165L
VÝROBNÍ Č. : 2601116

**NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY
PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:**

- perforace kanálů přídavného oplachu (netěsnost přístroje)
- narušená gumová část ovládacího tlačítka číslo 1
- uvolněné ovládání ohebné části zaváděcího tubusu
- místy odřený ochranný plášť světlovodného tubusu
- místy zlomený zaváděcí tubus
- odřená a prasklá krytka distálního konce

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- výměnu gumové části ovládacího tlačítka číslo 1
- nastavení ovládání ohebné části zaváděcího tubusu
- výměnu světlovodného tubusu
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části, mechanismu ovládání a vnitřních kanálů
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 149333 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% 180693 Kč

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnickými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ VAL :



**SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY
PODPIS / RAZÍTKO**

DNE: 10.1.2020

DNE:

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

[REDACTED]
Od: [REDACTED]
Odesláno: 13. ledna 2020 11:02
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: objednávka

Dobrý den,

děkuji Vám za schválení cenového návrhu opravy a potvrzují tímto objednávku opravy videokolonoskopu CF-Q165L s výrobním číslem 2601116 na základě cenového návrhu opravy číslo 51240839/10969.
Dnes bude endoskop odeslán technikům k opravě.

S pozdravem a přáním klidného dne
[REDACTED]

Specialista zákaznické podpory
Servis zdravotnické techniky
Divize zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Evropská 176/16
160 41 Praha 6
Česká republika

phone: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
mailto: [REDACTED]
URL: <http://www.olympus.cz>

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, vložka C,
oddíl 93921, IČO: 27068641
Jednatelé: [REDACTED]
Prokuristé: [REDACTED]

Obecné oznámení o ochraně osobních údajů je dostupné na :<https://www.olympus-europa.com/data-privacy/cs/>

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Date: 13.01.2020 09:40
Subject: objednávka

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám objednávku č.46/85177 – oprava videokolonoskopu CF-Q165L v.č.2601116 na základě vaší CN č.51240839/10969 ze dne 10.1.2020.

Prosím tedy o zrušení původní objednávky č.46/85052 ze dne 6.1.2020 a zároveň prosím o akceptaci (potvrzení přijetí) této objednávky z důvodu vkladu do registru smluv.

Děkuji, přeji hezký den.

KZ Krajská zdravotní, a.s.
[REDACTED]

referent
Oddělení zdravotnické techniky
tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o.z.
J.E.Purkyně 270, 434 64 Most



[attachment "4600085177.pdf" deleted by [REDACTED]/CZ/Olympus-EU] [attachment "smime.p7s" deleted by [REDACTED]/CZ/Olympus-EU] Tento email byl vytvořen mimo síť Olympus. Pokud neznáte odesílatele mailu, neotvírejte, prosím, žádné přílohy ani odkazy. V případě nejasností, prosím, kontaktujte Olympus IT podporu.