

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1708/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Plicní ventilátory s nCPAP“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000257**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-022660**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků
- 13 ks plicních ventilátorů s nCPAP spolu s odpovídajícím příslušenstvím

Cena sjednaná ve smlouvě: 6 315 676,90 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: DARTIN spol.s r.o.
Sídlo: Suchdolská 688
25262 Horoměřice
IČO: 40763781

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele a v souvislosti s Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení ze dne 3. 10. 2019.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	DARTIN spol.s r.o.	Suchdolská 688 25262 Horoměřice	40763781	6 315 676,90 Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
2.	MR Diagnostic s.r.o.	Pod Višňovkou 1662/21 140 00 Praha 4	25245791	5 994 715,00 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
MR Diagnostic s.r.o.	Pod Višňovkou 1662/21 140 00 Praha 4	25245791

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník na žádost komise o prokázání vlastností jím nabízeného přístroje a to konkrétně u prokázání zadavatelem požadované plné kompatibility aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire, podal vysvětlení, ve kterém uvedl, že nabízí kompatibilitu se spotřebním materiálem Infant Flow LP. Podle názoru komise je technologie Infant Flow LP (tj. Low Pressure) nepostačující pro potřeby klinického pracoviště, protože nezajistí dostatečný konstantní tlak v dýchacích cestách dítěte tak, jak zajistí Infant Flow. Dále z účastníkem doložené obrazové dokumentace vyplývá, že v režimu Infant Flow LP nemá otevřenou expirační větev tak, jak to zadavatel požadoval ve své technické specifikaci. Dále dle produktového katalogu nazální kanyly mohou být použity pouze s generátorem Medijet, i když zadavatel požadoval použití se spotřebním materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire. Na základě výše uvedeného, účastník nesplnil požadavky zadavatele na technickou specifikaci v plném rozsahu.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka nebyla rozdělena z důvodu ucelené povahy předmětu plnění.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 09.01.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.



