



Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátor pro Nemocnici Most, o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **1980/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Jako dodavatel mající vážný zájem účastnit se předmětné veřejné zakázky se na Vás obracím s níže uvedenými dotazy, týkající se předmětné zadávací dokumentace přesněji pak Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace: „Technická specifikace“, ve které jsou mimo jiné uvedeny tyto parametry:

- *Nastavitelné parametry: - FiO2 minimálně v rozsahu 40 – 100 %.*

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto se parametry drobně liší při zachování a splnění stejného medicínského účelu a použití. Tazatelem nabízený transportní ventilátor má rozsah FiO2 21 – 95 % O2. Tento rozsah pokrývá všechny situace, kdy je třeba podávat obohacenou směs.

DOTAZ Č. 1: Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na ventilátor s rozsahem FiO2 21 – 95 %?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 2:

- *Nastavitelné parametry: - PEEP minimálně 0 – 20 mbar*

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto se parametry drobně liší při zachování a splnění stejného medicínského účelu a použití. Tazatelem nabízený transportní ventilátor disponuje 0,4 – 20 mbar, což plně vyhovuje požadavku na UPV během transportu pro všechny typy pacientů.

DOTAZ Č. 2: Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na ventilátor s rozsahem PEEPU 0,4 – 20 mbar?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

**Dotaz č. 3:**

- *Nastavitelné parametry: - Flowtrigger minimálně 1-15 l/min.*

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto i odlišné parametry, které však vedou ke stejnému medicínskému účelu a použití. Tazatelem nabízený transportní ventilátor disponuje tlakovým triggerem nastavitelným v rozsahu -2 až -10 cm H₂O namísto průtokového triggeru, což pro účely transportního ventilátoru je zcela postačující a tazatelem nabízený ventilátor má navíc celou řadu konstrukčních výhod.

DOTAZ Č. 3: Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na transportní ventilátor disponující tlakovým triggerem namísto průtokového?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 4:

- *Monitoring hodnot MV spont a F spont*

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto se parametry drobně liší při zachování a splnění stejného medicínského účelu a použití. Tazatelem nabízený ventilátor disponuje monitoringem mnoha hodnot (např. RR, MV, VTe, PPEAK, PEEP, FIO₂, Leak a další). Nedisponuje však výše uvedenými dvěma hodnotami.

DOTAZ Č. 4: Bude zadavatel akceptovat ventilátor s monitoringem všech základních parametrů, avšak bez MV spont a F spont?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 5:

- *Integrovaná kapnometrie*

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto se parametry drobně liší při zachování a splnění stejného medicínského účelu a použití. Někteří výrobci mají kapnometrii řešenou externím přídavným modulem, což je zcela postačující řešení pro monitorování CO₂.

DOTAZ Č. 5: Bude zadavatel vzhledem k uvedeným faktům akceptovat nabídku na ventilátor s externím kapnometrem, který je pevně spojen s vlastním ventilátorem?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.



Dotaz č. 6:

- *Pacientský okruh, znovupoužitelný*


Pacientské okruhy se dnes u těchto systémů vyrábějí jako jednorázové. Samozřejmě je lze však při použití bakteriálního filtru znovu použít. Tyto bakteriální filtry se dnes používají vždy u každého pacienta.

DOTAZ Č. 6: Bude zadavatel akceptovat pacientské okruhy jednorázové s tím, že při použití bakteriálního filtru je lze znovu použít?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne:



.....

Ing. Václav Štyvar

Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek