



Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávka SZM pro oddělení kardiologie – kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory“

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci pro ICD v části „Obecné požadavky pro část 6.-10.“ je jedna z podmínek „Rozsah stimulační frekvence 30-150 min⁻¹“. Rozsah této stimulační frekvence není podložen žádnými klinickými daty. Maximální hodnota 150 min⁻¹ se zdá až zbytečně příliš vysoká. Právě z toho důvodu, nemají takový rozsah stimulační frekvence všichni výrobci ICD. Tento požadavek se může proto jevit jako cíleně zaměřený jen na některé přístroje z řad ICD. Je tedy možné tento rozsah snížit na hodnoty 30-145 min⁻¹?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách. Rychlá stimulace je používána krátkodobě jako overdriving nebo zajištění rychlé frekvence CRT-D u mladých pacientů.

V Ústí nad Labem dne: **10 -11- 2014**

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

